

## pH 标准缓冲溶液 (pH=4.00) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

pH 标准溶液的 pH 值是已知的，并达到规定的准确度，其 pH 值有良好的复现性和稳定性，具有较大的缓冲容量，较小的稀释值和较小的温度系数。该 pH 标准缓冲溶液常用于酸度计的定位和斜率校准，其准确度范围在 $\pm 0.01$ pH。pH 标准缓冲溶液 (pH=4.00) 是特指在 25℃ 下，pH=4.00。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期
pH 标准缓冲溶液 (pH=4.00)	50ml/100ml/500ml	1 份	12 个月

### 操作步骤(三点校准通用，仅供参考)：

- 1、将 pH 电极在纯水中清洗干净并甩干。
- 2、用温度计测量 pH 标准缓冲溶液的温度，并将 pH 计的温度值调整准确。自动温度 pH 计无需该步骤。
- 3、定位校正：将 pH 电极浸入 pH 标准缓冲溶液 (pH=6.86) 中，稍微搅动后静止放置，待测量值稳定后，按校准键或参考仪器说明校准，一般会先显示闪烁的 6.86，再显示 pH 校准数值，表示 pH6.86 的校准完成。
- 4、斜率校准 I：取出 pH 电极，用纯水清洗干净并甩干。将 pH 电极浸入 pH 标准缓冲溶液 (pH=4.00) 中，稍微搅动后静止放置，待测量值稳定后，按校准键或参考仪器说明校准，一般会先显示闪烁的 4.00，再显示 pH 校准数值，表示 pH4.00 的校准完成。完成校准后会自动显示电极在该线性段的斜率百分比(如显示 99%)。
- 5、斜率校准 II：取出 pH 电极，用纯水清洗干净并甩干。将 pH 电极浸入 pH 标准缓冲溶液 (pH=9.18) 中，稍微搅动后静止放置，待测量值稳定后，按校准键或参考仪器说明校准，一般会先显示闪烁的 9.18，再显示 pH 校准数值，表示 pH9.18 的校准完成。完成校准后会自动显示电极在该线性段的斜率百分比(如显示 98%)。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，尤其以 pH 标准缓冲溶液 (pH=9.18) 较易失效。
- 2、显示 pH 校准数值时，pH 值会随温度不同而不同，例如在定位校正中，25℃ 时显示 6.86，15℃ 时就显示 6.90。
- 3、根据 pH 等温测量原理，被测溶液的温度与校准溶液的温度越接近，其测量的准确度就越高。
- 4、对于大多数检测，可以采用两点校准。如果测量范围仅在酸性范围 (pH<7.00)，可以选

择 pH 6.86 和 pH 4.00 校准；如果测量范围仅在碱性范围 ( $\text{pH} > 7.00$ )，可以选择 pH 6.86 和 pH 9.18 校准；如果测量范围比较宽或 pH 电极老化，应进行三点校准。

5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**相关产品：**

pH 标准缓冲溶液 (pH=7.41)
pH 标准缓冲溶液 (pH=3.78)
pH 标准缓冲溶液 (pH=2.00)
pH 标准缓冲溶液 (组合III)
pH 标准缓冲溶液 (组合IV)
pH 标准缓冲溶液 (组合II)