

免疫球蛋白 IgA 测定试剂盒(免疫比浊法)

微 板 法 9 6 样

产 品 简 介:

该检测基于 IgA 抗体与 IgA 抗原间的反应，形成免疫复合物，在波长 340nm 处检测其浊度变化，其变化程度与样本中的 IgA 含量成正比。

所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio 酶联生物
Good elisakit producers