

免疫球蛋白 IgG 测定试剂盒(免疫比浊法)

微板法 96 样

产品简介:

该检测基于 IgG 抗体与 IgG 抗原间的反应, 形成免疫复合物, 在 700nm 波长处检测其浊度变化, 其变化程度与样本中的 IgG 含量成正比。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio 酶联生物
Good elisakit producers